

# SEAL CHECK VLOEISTOF

---

50 ml. Kleurstofpenetratietest volgens ASTM F1929 (om controleren op open seals of kanaaltjes in de seal)

---